

ARYLESTERASE TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kitin reaktifleri likit olmalıdır.**
- 2- Kit Arylesterase Enzim Aktivitesinin ölçümünü sağlamalıdır.**
- 3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.**
- 4- Kit; Bufferden Diluent, Substrat ve Stopper-Chromogen olmak üzere üç reaktiften oluşmalıdır.**
- 5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.**
- 6- Kit, End-Point metodla çalışmalıdır.**
- 7- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak veya spektrofotometrede manüel olarak çalışılabilmelidir.**
- 8- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı, 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.**
- 9- Kit, Serum, Heparinize Plazma ve Semen Plazması örnekleri ile çalışabilmelidir.**
- 10- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.**
- 11- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.**
- 12- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.**
- 13- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.**
- 14- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.**
- 15- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.**
- 16- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.**
- 17- Kitler “YERLİ” üretim olmalıdır.**
- 18- Teklif veren firma, yetkili olduğunu gösteren belgeleri, teklifinde sunmalıdır.**
- 19- Bozuk kit çıktığında firma yenisini Taahhüt etmeli.**

PARAOXONASE TEST KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kitin reaktifleri likit olmalıdır**
- 2- Kit Paraoxonase Enzim Aktivitesinin ölçümünü sağlamalıdır**
- 3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.**
- 4- Kit; Tampon ve Substrat olmak üzere iki reaktiften oluşmalıdır.**
- 5- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır.**
- 6- Kit, Kinetik metotla çalışmalıdır.**
- 7- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak veya spektrofotometrede manüel olarak çalışabilmelidir.**
- 8- Kitin reaktifleri uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 1 yıl stabil olarak bekleyebilmelidir.**
- 9- Kit, Serum, Heparinize Plazma ve Semen Plazması örnekleri ile çalışabilmelidir.**
- 10- Kit, Hücre Kültürü örnekleri ile çalışmaya uygun olmalıdır.**
- 11- Kitin CV değeri düşük olmalıdır.**
- 12- Kitin Hassasiyeti yüksek olmalıdır.**
- 13- Kitin Analitik performansı yüksek olmalıdır.**
- 14- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.**
- 15- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.**
- 16- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.**
- 17- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.**
- 18- Kitler “YERLİ” üretim olmalıdır.**
- 19- Teklif veren firma, yetkili olduğunu gösteren belgeleri, teklifinde sunmalıdır.**
- 20- Bozuk kit çıktığında firma yenisini Taahhüt etmeli.**

3. NESİL TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÖLÇÜM (TAS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.
- 2- Toplam Antioksidan Kapasite Direkt olarak ölçmelidir.
- 3- Kit kullanıma hazır olmalıdır.
- 4- Kit kolorimetrik prensiple çalışmalıdır
- 5- Kit otomatik analizörlere yüklenerek otomatik olarak veya spektrofotometrede manüel olarak çalışılabilmelidir.
- 6- Kitin reaktif ve standartları uzun ömürlü olmalı 2-8 derecede 6 ay stabil olarak bekleyebilmelidir.
- 7- Kit, Serum ve EDTA'lı, sitratlı, heparinli Plazma örnekleriyle çalışılabilmeye imkân tanınmalıdır.
- 8- Kit Plevra sıvısı, Beyin Omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükürük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışılabilmeye olanak tanınmalıdır.
- 9- Kit, Doku örneklerinde çalışılabilmeyi sağlamalıdır.
- 10- Kit, Bitki ve Gıda ekstraktlarında çalışılabilmeye imkan vermelidir.
- 11- Kit, Yağlarda çalışılabilmeye imkân vermelidir.
- 12- Kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.
- 13- Kit CE belgesine sahip olmalıdır.
- 14- Kitler 100 er testlik ambalajlar şeklinde olmalıdır.
- 15- Kitler “YERLİ” üretim olmalıdır.
- 16- Teklif veren firma, yetkili olduğunu gösteren belgeleri, teklifinde sunmalıdır.
- 17- Bozuk kit çıktığında firma yenisini Taahhüt etmeli.

TOPLAM OKSİDAN STATUS (TOS) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kitin reaktifleri ve standartları tamamen likit olmalıdır.**
- 2- Kit kullanıma hazır olmalı ve herhangi bir ön işlem gerektirmemelidir.**
- 3- Kit kolorimetrik prensibe göre çalışmalıdır.**
- 4- Kit otomatik analizörlerde otomatik olarak veya manüel olarak spektrofotometrelerde çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.**
- 5- Kit 10 dakikada ölçüm yapabilmelidir.**
- 6- Kit uzun ömürlü ve dayanıklı reaktif ve standartlara sahip olmalı, üretim tarihinden itibaren 2-8 derecede 6 ay stabil kalmalıdır.**
- 7- Kit serum ve plazma örnekleriyle çalışılabilmelidir.**
- 8- Kit plevra sıvısı, beyin omurilik sıvısı, amnios sıvısı, semen plazması, tükürük ve idrar gibi vücut sıvılarında çalışabilmelidir.**
- 9- Kit doku örneklerinde çalışabilmelidir.**
- 10- Kitin %CV' si düşük, doğrusallığı yüksek olmalıdır.**
- 11- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.**
- 12-Kit lipoprotein oksidasyon reaksiyon curve eldesine imkân vermelidir.**
- 13-Kitin CE belgesi olmalıdır.**
- 14-Kitler 100 testlik orijinal ambalajında olmalıdır.**
- 15- Kitler “YERLİ” üretim olmalıdır.**
- 16- Teklif veren firma, yetkili olduğunu gösteren belgeleri, teklifinde sunmalıdır.**
- 17- Bozuk kit çıktığında firma yenisini Taahhüt etmeli.**